


كيفية التحقق من أن جهاز قياس ضغط الدم قد تم اختباره بشكل صحيح للتأكد من دقته



لماذا أحتجأ إلى استخدام شاشة دقيقة؟

قد يؤدي القياس غير الدقيق لضغط الدم إلى التشخيص غير الصحيح والعلاج غير المناسب. يمكن أيضاً تفويت فرصة الحد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية



يوجد العديد من الشاشات غير الدقيقة

تتوفر أكثر من 3000 أجهزة مراقبة ضغط الدم ولكن تم اختبار أقل من 15% من هذه الأجهزة للتأكد من دقتها



استخدم فقط الشاشات التي توصي بها السجلات (المجانية) أدناه

اختر سجل دولتك أو من السجل العام

سجلات على حسب الدولة

انقر على الدولة ذات الصلة واتبع تعليماتهم

- كندا
- اليابان
- الولايات المتحدة الأمريكية
- بريطانيا
- أومن
- كندا

السجلات العامة

STRIDE BP عبارة عن سجل لأجهزة مراقبة ضغط الدم التي تم التحقق منها. اتبع الإرشادات التفصيلية حول كيفية البحث في هذا التسجيل في الصفحة ٢.

يسرد Medaval كلاً من أجهزة مراقبة ضغط الدم التي تم التحقق منها وغير المصدق عليها. اتبع الإرشادات التفصيلية حول كيفية البحث في هذا التسجيل في الصفحة ٣.

كيفية التحقق من أن جهاز قياس ضغط الدم قد تم اختباره بشكل صحيح للتأكد من دقته باستخدام سجل **STRIDE BP**



دليل خطوة بخطوة

زيارة [www.stridebp.org/bp-monitors](https://stridebp.org/bp-monitors)

في متصفح الويب الخاص بك .

بحث. بكتابة النموذج الدقيق للشاشة في مربع البحث .

بحث. بكتابة النموذج الدقيق للشاشة في مربع البحث و مرر لأسفل للنتائج إلى أن تجد طراز الشاشة المدرج .

إذا كانت الشاشة مدرجة ضمن "وصف الجهاز"، فقد تم التحقق من صحتها

Blood pressure monitors

Search DEF-456

Population Use Manufacturer

Device Description	Measurement site
No results found.	Upper arm

إذا كانت نتيجة البحث "لم يتم العثور على نتائج" ضمن "وصف الجهاز"، فإنه ينصح بعدم استخدام الجهاز.

لا تجذبك العلامات التجارية أو الأسعار أو المراجعات

نصيحة: إن وظيفة البحث حساسة للغاية. أي أخطاء طفيفة في اسم الشركة المصنعة أو طراز الشاشة ستعني عدم العثور على الشاشة ، حتى إذا تم التحقق من صحتها.



نصيحة: إذا لم يكن اسم الشركة المصنعة أو طراز الجهاز مدرجًا على الجهاز نفسه، فإنه بالأغلب لم يتم التحقق من مصداقية الجهاز

كيفية التحقق من أن جهاز قياس ضغط الدم قد تم اختباره بشكل صحيح للتأكد من دقته باستخدام سجل **Medaval**



دليل خطوة بخطوة

بحث. جوجل * صنع
وطراز جهاز مراقبة ضغط
الدم ، جنباً إلى جنب مع
كلمة "Medaval".

* أو أي محرك بحث آخر

Google

Brand X ABC-123 medaval

All

Videos

Images

نظرة. ابحث عن الرابط
مع تقييم Medaval
للشاشة وانقر فوقه.
تجاهل أي مواد إعلانية
أخرى قد تظهر في النتائج
القليلة الأولى.

medaval.ie > device > abc-123

Brand X ABC-123 Blood Pressure Monitor - Medaval

The **Brand X ABC-123** is a clinically validated
taken from the upper arm and it is intended fo

التحقق من. مرر لأسفل
إلى تقرير تقييم الدقة.
ابحث عن تقييم
Medaval والتوصية.

Assessment:

The technology used in the Brand X ABC-123, to measure blood
validation study, in a general population, according to a recognised st
published in a peer-reviewed publication.

Accuracy Assessment

Recommendation

Medaval

★★ Recommendation

Re
re

لا تجذبك العلامات التجارية أو الأسعار أو المراجعات

نصيحة: إذا لم يكن اسم
الشركة المصنعة أو طراز
الجهاز مدرجاً على الجهاز
نفسه، فانه بالأغلب لم يتم
التحقق من مصداقية الجهاز



نصيحة: يستخدم موقع Medaval
تقييمات النجوم المختلفة ، ولكن
يوصى باستخدام أي شاشة تم
التحقق منها بشكل صحيح ، بغض
النظر عن عدد النجوم.



World Hypertension
League



MENZIES
Institute for Medical Research

utas.edu.au