

So überprüfen Sie, ob ein **Blutdruckmessgerät ordnungsgemäß auf Genauigkeit getestet** wurde



Warum muss ich einen **genauen Monitor verwenden?**

Eine ungenaue Blutdruckmessung kann zu einer falschen Diagnose und einer unangemessenen Behandlung führen.

Die Möglichkeit, das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls zu verringern, könnte ebenfalls verpasst werden.



Es gibt viele ungenaue **Monitore**

Über 3000 Blutdruckmessgeräte sind verfügbar, aber weniger als 15% davon wurden ordnungsgemäß auf Genauigkeit getestet.



VERWENDEN SIE NUR MONITORE, DIE VON DEN (KOSTENLOSEN) VERZEICHNISSEN UNTEN EMPFOHLEN WERDEN

Wählen Sie ein Verzeichnis aus Ihrem Land oder ein allgemeines Verzeichnis

Länderspezifische Verzeichnisse

Klicken Sie auf das entsprechende Land und folgen Sie den Anweisungen.

- [Großbritannien](#)
- [Irland](#)
- [Kanada](#)
- [Deutschland](#)
- [Japan](#)
- [Vereinigte Staaten von Amerika](#)

Allgemeine Verzeichnisse

[STRIDE BP](#) ist ein Verzeichnis validierter Blutdruckmessgeräte. Befolgen Sie die detaillierten Anweisungen zum Durchsuchen dieses Verzeichnisses auf Seite 2.


[Medaval](#) listet sowohl validierte als auch nicht validierte Blutdruckmessgeräte auf. Befolgen Sie die detaillierten Anweisungen zum Durchsuchen dieses Verzeichnisses auf Seite 3.

So überprüfen Sie anhand des **STRIDE BP-Registers**, ob ein Blutdruckmessgerät ordnungsgemäß auf Genauigkeit getestet wurde



SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG



01 TYP www.stridebp.org/bp-monitors in Ihren Webbrowser.



02 SUCHE indem Sie das genaue Modell des Monitors in das Suchfeld eingeben.

Alternativ können Sie den Namen des Monitorherstellers eingeben und durch die Ergebnisse scrollen, bis Sie das Modell des Monitors aufgelistet finden.

Wenn der Monitor unter "Gerätebeschreibung" aufgeführt ist, wurde er validiert.



Wenn unter "Gerätebeschreibung" "No results found" angezeigt wird, wird die Verwendung des Monitors nicht empfohlen.

Lassen Sie sich nicht von Marken, Preisen oder Bewertungen verführen

Tipp: Die Suchfunktion ist **sehr empfindlich**. Kleinere Fehler im Herstellernamen oder Modell des Monitors führen dazu, dass der Monitor **nicht gefunden wird, selbst wenn er validiert ist**



Tipp: Wenn der Name des Herstellers oder das Monitormodell nicht gefunden werden kann, **dann ist der Monitor wahrscheinlich nicht validiert**.

So überprüfen Sie anhand des **Medaval-Registers**, ob ein **Blutdruckmessgerät** **ordnungsgemäß** auf **Richtigkeit** **geprüft** wurde



SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG

01 SUCHE

Google* Marke und Modell des Blutdruckmessgeräts zusammen mit dem Wort „Medaval“.

*oder eine andere Suchmaschine



Brand X ABC-123 medaval



02

AUSWÄHLEN

Suchen Sie nach dem Link mit der Medaval-Bewertung des Monitors und klicken Sie darauf. Ignorieren Sie jedes andere Werbematerial, das in den ersten Treffern auftaucht.

medaval.ie > device > abc-123

[Brand X ABC-123 Blood Pressure Monitor - Medaval](#)

The **Brand X ABC-123** is a clinically validated taken from the upper arm and it is intended fo

03 PRÜFEN

Scrollen Sie nach unten zum Genauigkeitsbewertungsbericht. Achten Sie auf die Medaval-Bewertung und -Empfehlung.

Assessment:

The technology used in the Brand X ABC-123, to measure blood validation study, in a general population, according to a recognised st published in a peer-reviewed publication.

Accuracy Assessment

Recommendation

Medaval

★★ Recommendation

Re
re

Lassen Sie sich nicht von Marken, Preisen oder Bewertungen verführen

Tipp: Wenn der Name des Herstellers oder das Monitormodell nicht gefunden werden kann, **dann ist der Monitor wahrscheinlich nicht validiert.**



Tipp: Medaval verwendet unterschiedliche Sternbewertungen. Unabhängig von der Anzahl der Sterne wird jedoch **ein ordnungsgemäß validierter Monitor empfohlen**



World Hypertension
League



MENZIES
Institute for Medical Research

utas.edu.au